

## 单一来源论证会签到表

项目名称：安陆市普爱医院超声乳化手柄单一来源采购项目

日期：      年    月    日

序号	姓名	工作单位	职称	专业类别	身份证号码	手机号码
1	李斌	孝感市第一人民医院	副主任医师	眼科	420983198009238224	18972841886
2	李斌	孝感市第一人民医院	副主任医师	眼科	4202201981122005	18971118059
3	李斌	孝感市第一人民医院	副主任医师	眼科	42010619790501601X	15826833304
4						
5						
6						
7						
8						
9						

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李威	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 孝感市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 安陆市普爱医院超声乳化手柄单一来源采购项目	
	供应商名称: 河北欢博医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>超声乳化设备的主机与手柄属于高度集成的配套产品, 不同厂家、型号的设备在接口协议、能量传输方式、控制逻辑等方面各不相同, 不能共用。若强行适配, 可能导致设备故障, 能量失控等隐患, 影响手术安全。</p> <p>根据《政府采购法》第三十一条规定: (五) 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处采购, 且采购资金总额不超过原合同采购金额的百分之十的。满足单一来源采购要求, 因此建议从原生产厂家或其授权的代理商处采购。故选择采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	李威	日期: 2025年10月23日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张明娟
	职称: 副主任医师
	工作单位: 孝感市副主任医师
项目信息	项目名称: 安陆市普爱医院超声乳化手柄单一来源采购项目
	供应商名称: 河北欢博医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>1. 超声乳化设备主机与手柄属于高度集成化配套产品, 不同品牌, 型号的设备在接口协议, 能量传输方式, 控制逻辑等方面存在专业壁垒, 控制壁垒。其他品牌的超声乳化手柄无法与原主机相配。</p> <p>2. 为了手术安全建议只购买与主机配套的手柄, 避免因设备故障, 能量输出存在安全隐患, 造成医疗事故等事件的发生。</p> <p>3. 根据《政府采购法》第三十一条规定, 必须保证原有采购项目一致性或服务连续的要求, 满足单一来源采购的要求, 因此建议从原生产厂家或其授权的代理商处采购。</p>
专业人员签字	<p>张明娟</p> <p>日期: 2025 年 10 月 23 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张同印
	职称: 副主任医师
	工作单位: 孝感市中心医院
项目信息	项目名称: 安陆市普爱医院超声乳化手柄单一来源采购项目
	供应商名称: 河北欢博医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>1. 超声乳化设备的刀柄与手柄属于高度集成化的产品, 其他品牌的超声乳化手柄无法与现有刀柄匹配。</p> <p>2. 为了安全性建议购买与刀柄配套的刀柄, 否则会导致设备故障, 能量输出失控, 对患者造成严重不良事件的发生。</p> <p>3. 根据《政府采购法》第四十一条规定, 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 满足单一来源采购的条件, 因此建议从原生产商或其授权的代理商处采购。</p>
专业人员签字	<p>张同印</p> <p>日期: 2025年10月2日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。