

单一来源采购方式专业人员论证意见

	姓名:	钟勇剑
专业人员信息	职称:	副主任医师
	工作单位:	安陆市普爱医院神经内科
项目信息	项目名称:	安陆市普爱医院神经内镜单一来源采购项目
	供应商名称:	河北欢博医疗器械有限公司
专业人员论证意见	安陆市普爱医院拟采购的史托斯神经内镜系统，由史托斯公司生产，型号为20132AA、7230BA。该系统采用单一来源采购方式的原因如下： 1. 该系统具有stor2技术，在业内具有较高的知名度和市场占有率。 2. 该系统具有stor2专利技术，具有自主知识产权。 3. 该系统具有stor2专利技术，具有自主知识产权。 综上所述，该系统具有唯一性、不可替代性和专业性，符合单一来源采购的条件。	
专业人员签字	钟勇剑	日期：2026年5月7日





注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘光伟	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 孝感市中心医院	
项目信息	项目名称: 安陆市普爱医院神经内镜单一来源采购项目	
	供应商名称: 河北欢博医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	安陆市普爱医院拟采购史托斯神经内镜2根, 内镜型号为28132AA, 7230BA 现有STORZ摄像系统采用专属接口与通儒协议, 受专利保护, 其他品牌神经内镜与STORZ系统完全不兼容, 无其他任何品牌替代。 神经内镜技术是神经外科核心微创技术, 现有设备老化, 急需更新。若采用非原厂产品或等待公开招标, 将影响科室业务发展。 本项目采购的STORZ神经内镜与现有摄像系统技术专属, 接口唯一, 无替代产品。拟定供应商为官方唯一授权经销商, 具备合法供货资质与完善售后服务, 可保障产品正品及后续维保。 本次采购的神经内镜必须与现有主机设备匹配, 其他品牌型号设备不能与现有主机设备相兼容, 只能采购原生产厂家或授权代理商投标的产品。根据《政府采购法》第三十一条规定, 必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求, 需要继续从河北欢博医疗器械有限公司处添购, 同意从原生产厂家或其授权的代理商处添置。	
专业人员签字	刘光伟	日期: 2026年5月7日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 	
	职称: 	
	工作单位: 	
项目信息	项目名称: 安陆市普爱医院神经内镜单一来源采购项目	
	供应商名称: 河北欢博医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	① 该次拟采购的 STORZ 神经内镜系统与 SPR2 摄像系统兼容一致。其他品牌神经内镜与 STORZ 系统不兼容。由于该单位已购买 STORZ 摄像系统, 故只能采购 STORZ 神经内镜。 ② 依据《政府采购法》第三十一条规定 (三) 必须从原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十。满足单一来源采购的要求, 同意从原生产商或其授权的代理商处添置。 故选择采用单一来源采购方式。	
专业人员签字		日期: 2026 年 5 月 7 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。