

单一来源采购专家签到表

评审日期：2026年8月20日

序号	姓名	性别	工作单位	职务 / 职称	联系电话
1	谷之通	男	武昌中医院	副高	18907161858
2	唐秉旭	男	武汉大学人民医院	副教授	13971353113
3	张世立	男	华中科技大学附属梨园医院	正高	18986142516

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张世友	
	职称: 正高	
	工作单位: 华科大附属梨园医院	
项目信息	项目名称: 房县城关镇卫生院 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	CT球管的更换及养护涉及专业知识和技能,需原厂专用软件进行调试调试,以确保其各项参数与主机匹配。除原厂外,无法寻找到可胜任的掌握调试工艺的企业或人员。 由于该CT设备配套球管为Puritec公司(飞利浦旗下)生产的CTR-1740型进口球管,且为垂发型号。其与东软医疗系统股份有限公司有战略合作协议,后者是中国大陆范围内该型号球管的唯一供应商。 建议采用单一来源采购方式购买。	
专业人员签字	张世友	日期: 2026年 8月 20日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 鲁敏子	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 武大中南医院	
项目信息	项目名称: 房县城关镇卫生院 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	该CT设备配套球管为Dunlee公司生产的CIR-1740型进口球管, 该型号为整机型号, Dunlee公司与东软公司有战略合作协议, 东软医疗系统股份有限公司为中国大陆范围内该型号球管的唯一供应商, 建议采用单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	鲁敏子	日期: 2026年8月20日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李贵进	
	职称: 副教授	
	工作单位: 武汉大学人民医院	
项目信息	项目名称: 房县城关镇卫生院 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	1. 技术兼容性与安全性要求: CT球管是CT设备的核心部件, 相关电路主要围绕球管的运行设计, 若非原厂测试认可的球管可能导致高压回路损坏, 可引起设备故障造成经济损失, 球管实际参数与系统要求的细小差异, 可引起图像细节损失, 影响临床诊断的准确性。 2. 该CT设备配套球管为Dunlee公司生产的CTR-1740型进口球管, 该型号为专供型, Dunlee公司与东软医疗公司签署战略合作协议, 东软医疗公司为中国大陆该型号唯一供应商, 建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	李贵进	日期: 2026 年 8 月 20 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。